



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 ноября 2025 года № РЗН 2022/17256

На медицинское изделие

Кресло-коляска инвалидное МЕТ® для реабилитации по ТУ 30.92.20-015-11459109-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ" (ООО "МЕТ"),
Россия, 108811, Москва, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр. 2, эт. 5, блок Г**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "МЕТ" (ООО "МЕТ"), Россия,
108811, Москва, км 22-й (Киевское ш.), д. 4, стр. 2, эт. 5, блок Г**

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-69639/16154 от 22.05.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **30.92.20.000**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 19 ноября 2025 года № 5725
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0085430

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 ноября 2025 года № РЗН 2022/17256

Лист 1

На медицинское изделие

Кресло-коляска инвалидное МЕТ® для реабилитации
по ТУ 30.92.20-015-11459109-2021 варианты исполнения:

1. Кресло-коляска инвалидное в вариантах исполнения: МЕТ МК-100, МЕТ МК-110, МЕТ МК-120, МЕТ МК-130, МЕТ МК-150, МЕТ МК-190, МЕТ МК-200, МЕТ МК-210, МЕТ МК-220, МЕТ МК-230, МЕТ МК-240, МЕТ МК-270, МЕТ МК-290, МЕТ МК-300, МЕТ МК-310, МЕТ МК-320, МЕТ МК-330, МЕТ МК-340, МЕТ МК-350, МЕТ МК-360, МЕТ МК-370, МЕТ МК-390, МЕТ МК-400, МЕТ МК-410, МЕТ МК-420, МЕТ МК-430, МЕТ МК-440, МЕТ МК-450, в составе:

1.1 рама коляски - 1 шт.

1.2 колесо - от 3 до 5 шт.

1.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

1.4 стояночный тормоз - от 1 до 2 шт.

1.5 сиденье - 1 шт.

1.6 спинка - 1 шт.

1.7 подлокотник (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

1.8 подножка - от 1 до 2 шт.

1.9 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.

1.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Кресло-коляска инвалидное в вариантах исполнения: МЕТ МК-140, МЕТ МК-160, МЕТ МК-170, МЕТ МК-250, МЕТ МК-260, МЕТ МК-280, МЕТ МК-380, в составе:

2.1 рама коляски - 1 шт.

2.2 колесо - от 3 до 5 шт.

2.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

2.4 стояночный тормоз - от 1 до 2 шт.

2.5 сиденье - 1 шт.

2.6 спинка - 1 шт.

2.7 подлокотник (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

2.8 подножка - от 1 до 2 шт.

2.9 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.

2.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Кресло-коляска инвалидное в вариантах исполнения: МЕТ МК-180, в составе:

3.1 рама коляски - 1 шт.

3.2 колесо - от 3 до 5 шт.

3.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

3.4 стояночный тормоз - от 1 до 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0171063

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 ноября 2025 года № РЗН 2022/17256

Лист 2

- 3.5 сиденье - 1 шт.
- 3.6 спинка - 1 шт.
- 3.7 подлокотник (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
- 3.8 подножка - от 1 до 2 шт.
- 3.9 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.
- 3.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 4. Кресло-коляска инвалидное с регулируемым подголовником в вариантах исполнения: МЕТ МК-460, МЕТ МК-480, МЕТ МК-540, МЕТ МК-550, МЕТ МК-560, МЕТ МК-570, в составе:
 - 4.1 рама коляски - 1 шт.
 - 4.2 колесо - от 3 до 5 шт.
 - 4.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 4.4 сиденье - 1 шт.
 - 4.5 спинка - 1 шт.
 - 4.6 подголовник - 1 шт.
 - 4.7 подлокотник - от 1 до 2 шт.
 - 4.8 подножка - от 1 до 2 шт.
 - 4.9 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.
 - 4.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 5. Кресло-коляска инвалидное с регулируемым подголовником в вариантах исполнения: МЕТ МК-470, в составе:
 - 5.1 рама коляски - 1 шт.
 - 5.2 колесо - от 3 до 5 шт.
 - 5.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 5.4 сиденье - 1 шт.
 - 5.5 спинка - 1 шт.
 - 5.6 подголовник - 1 шт.
 - 5.7 подлокотник - от 1 до 2 шт.
 - 5.8 подножка - от 1 до 2 шт.
 - 5.9 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.
 - 5.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 6. Кресло-коляска инвалидное с регулируемым подголовником в вариантах исполнения: МЕТ МК-490, МЕТ МК-530, в составе:
 - 6.1 рама коляски - 1 шт.
 - 6.2 колесо - от 3 до 5 шт.
 - 6.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0171064

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 ноября 2025 года № РЗН 2022/17256

Лист 3

- 6.4 сиденье - 1 шт.
- 6.5 спинка - 1 шт.
- 6.6 подголовник - 1 шт.
- 6.7 подлокотник - от 1 до 2 шт.
- 6.8 подножка - от 1 до 2 шт.
- 6.9 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.
- 6.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 7. Кресло-коляска инвалидное с регулируемым подголовником в вариантах исполнения: МЕТ МК-500, МЕТ МК-510, МЕТ МК-520, в составе:
 - 7.1 рама коляски - 1 шт.
 - 7.2 колесо - от 3 до 5 шт.
 - 7.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 7.4 сиденье - 1 шт.
 - 7.5 спинка - 1 шт.
 - 7.6 подголовник - 1 шт.
 - 7.7 подлокотник - от 1 до 2 шт.
 - 7.8 подножка - от 1 до 2 шт.
 - 7.9 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.
 - 7.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 8. Кресло-коляска инвалидное с высокой спинкой в вариантах исполнения: МЕТ МК-580, в составе:
 - 8.1 рама коляски - 1 шт.
 - 8.2 колесо - от 3 до 5 шт.
 - 8.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 8.4 сиденье - 1 шт.
 - 8.5 спинка - 1 шт.
 - 8.6 подлокотник - от 1 до 2 шт.
 - 8.7 подножка - от 1 до 2 шт.
 - 8.8 ремни фиксирующие (при необходимости) - от 1 до 3 шт.
 - 8.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 9. Кресло-коляска инвалидное с высокой спинкой в вариантах исполнения: МЕТ МК-590, МЕТ МК-600, МЕТ МК-610, МЕТ МК-620, МЕТ МК-630, в составе:
 - 9.1 рама коляски - 1 шт.
 - 9.2 колесо - от 3 до 5 шт.
 - 9.3 антипрокидыватель (при необходимости) - от 1 до 2 шт.
 - 9.4 сиденье - 1 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0171065



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 ноября 2025 года № РЗН 2022/17256

Лист 4

- 9.5 спинка - 1 шт.
9.6 подлокотник - от 1 до 2 шт.
9.7 подножка - от 1 до 2 шт.
9.8 ремни фиксирующие (при необходимости)- от 1 до 3 шт.
9.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Кресло-коляска инвалидное с высокой спинкой в вариантах исполнения: МЕТ МК-650, МЕТ МК- 660 в составе:
10.1 рама коляски - 1 шт.
10.2 колесо - от 3 до 5 шт.
10.3 антипрокидыватель (при необходимости)- от 1 до 2 шт.
10.4 сиденье - 1 шт.
10.5 спинка - 1 шт.
10.6 подлокотник - от 1 до 2 шт.
10.7 подножка - от 1 до 2 шт.
10.8 ремни фиксирующие (при необходимости)- от 1 до 3 шт.
10.9 руководство по эксплуатации - 1 шт.
11. Кресло-коляска инвалидное с ручным управлением в вариантах исполнения: МЕТ МК-670, МЕТ МК-680, МЕТ МК-690, в составе:
11.1 рама коляски - 1 шт.
11.2 колесо - 3 шт.
11.3 антипрокидыватель (при необходимости)- от 1 до 2 шт.
11.4 руль - 1 шт.
11.5 сиденье - 1 шт.
11.6 спинка - 1 шт.
11.7 подлокотник - 2 шт.
11.8 подножка - 1 шт.
11.9 ремни фиксирующие (при необходимости)- от 1 до 3 шт.
11.10 руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности:
1. Ремонтный комплект - 1 шт. в составе:
- гаечный ключ - 1 шт.;
- шестигранник - 1 шт.;
- пневмонасос - 1 шт.;
- клей - 1 шт.;
- резиновая заплатка для камеры - 3 шт.
2. Дождевик - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0171066

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 ноября 2025 года № РЗН 2022/17256

Лист 5

- размер M;
- размер L;
- размер XL.
- 3. Подстаканник - 1 шт.
- 4. Подушка для сидения - 1 шт.
- размер M;
- размер L;
- размер XL.
- 5. Корзина для вещей - 1 шт.

Место производства:

1. ООО "МЕТ", Россия, 108811, п. Московский, Москва, д. Мешково, д. 2, стр. 2.
2. ООО "МЕТ", Россия, 108811, г. Москва, п. Московский, д. Мешково, д. 2 стр. 2.
3. Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd., No. 1699 Xinyuan Road, New Energy Vehicle Town, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province, China.
4. Shanghai Wisking Electric Machine Co., Ltd., No. 168 Pinggang Road, Situan Town, Fengxian District, Shanghai, China.
5. Medical 2000 Tibbi Cihazlar ve Ileri Teknoloji San. Ve Tic. A.S., Büyükkayacık OSB Mah. T. Ziyaeddin Akbulut Cad. Fabrika Üretim APT. D:19 A1, Selçuklu, Konya, Türkiye.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0171068